

# ANNEXE I

## RESUME DES CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

### 1. DENOMINATION DU MEDICAMENT

OXYNOX®, gaz pour inhalation, en bouteille

### 2. COMPOSITION QUALITATIVE ET QUANTITATIVE

Protoxyde d'azote .....50 % (mole/mole)

Oxygène.....50 % (mole/mole)

Pour la liste complète des excipients, voir rubrique 6.1.

### 3. FORME PHARMACEUTIQUE

Gaz pour inhalation

### 4. DONNEES CLINIQUES

#### 4.1. Indications thérapeutiques

- Analgésie lors de l'aide médicale d'urgence: traumatologie, brûlés, transport de patients douloureux.
- Analgésie des actes douloureux de courte durée chez l'adulte et l'enfant, notamment ponction lombaire, myélogramme, petite chirurgie superficielle, pansements de brûlés, réduction de fractures simples, réduction de certaines luxations périphériques et ponction veineuse.
- Sédation en soins dentaires, chez les enfants, les patients anxieux ou handicapés.
- En obstétrique, en milieu hospitalier exclusivement, dans l'attente d'une analgésie péridurale, ou en cas de refus ou d'impossibilité de la réaliser.

#### 4.2. Posologie et mode d'administration

##### Posologie

Le débit du mélange est déterminé par la ventilation spontanée du patient.

L'administration nécessite une surveillance continue du patient. La présence d'une tierce personne est recommandée

L'administration du mélange doit être immédiatement interrompue en cas de perte du contact verbal.

L'efficacité antalgique du mélange se manifeste pleinement après au moins 3 minutes d'inhalation.

La durée de l'inhalation du mélange est liée à la durée de l'acte concerné et ne doit généralement pas dépasser 60 minutes en continu. En cas de répétition, elle ne doit pas dépasser 15 jours.

A l'arrêt de l'inhalation, le retour à l'état initial est rapide, sans effet rémanent.

##### Mode d'administration

L'administration doit être faite dans des locaux adaptés, par un personnel médical ou paramédical spécifiquement formé et dont les connaissances sont périodiquement réévaluées (voir rubrique 4.4 « Mises en garde spéciales »).

Le mélange est administré au moyen d'un masque facial adapté à la morphologie du patient, à l'aide d'un matériel spécifique homologué pour cet usage.

La préférence est donnée à l'auto-administration. Afin d'obtenir la totale coopération du patient, il est nécessaire de lui expliquer le but et l'effet du traitement, ainsi que son mode d'administration.

- utilisation au cours des actes douloureux : avant la réalisation de l'acte, le masque doit être maintenu pendant une période d'au moins 3 minutes. Pendant ce délai, un contact verbal est maintenu avec le patient. L'inhalation se poursuit pendant la durée de l'acte, le patient est invité à respirer normalement. Pendant l'administration, la surveillance est essentiellement clinique: le patient doit être détendu, respirer normalement et répondre aux ordres simples : en cas d'apparition d'une sédation importante avec perte du contact verbal, le masque sera retiré jusqu'à la reprise du contact.

- utilisation en odontologie : un masque nasal ou naso-buccal peut être utilisé, selon le mode de ventilation du patient.  
Pour les patients dont le handicap ne permet pas de conserver le masque en place, celui-ci est maintenu par un aide opératoire, sans contrainte physique forte.  
Après une période d'au moins 3 minutes, l'acte peut être réalisé, en continu si un masque nasal est utilisé, ou par périodes de 20 à 30 secondes en cas d'utilisation d'un masque naso-buccal, qui sera alors remonté sur le nez pendant ces périodes.  
A la fin des soins, le masque est ôté et le patient doit rester au repos sur le fauteuil 5 minutes.
- utilisation en obstétrique : l'inhalation doit débuter dès le début de la contraction, avant l'apparition de la douleur. La parturiente doit respirer normalement pendant la durée de la contraction, et ne pas hyperventiler en raison du risque de désaturation en oxygène entre les contractions. L'inhalation sera interrompue dès la diminution de la douleur.  
En raison de la possibilité de désaturation en oxygène entre les contractions, il est souhaitable de surveiller la FiO2 en continu dans cette indication.

### 4.3. Contre-indications

- Patients nécessitant une ventilation en oxygène pur
- Hypertension intracrânienne,
- Toute altération de l'état de conscience, empêchant la coopération du patient,
- Traumatisme crânien
- Pneumothorax,
- Bulles d'emphysème,
- Embolie gazeuse,
- Accident de plongée,
- Distension gazeuse abdominale,
- Patient ayant reçu récemment un gaz ophtalmique (SF6, C3F8, C2F6) utilisé dans la chirurgie oculaire tant que persiste une bulle de gaz à l'intérieur de l'œil et au minimum pendant une période de 3 mois. Des complications post-opératoires graves peuvent survenir en rapport avec l'augmentation de la pression intraoculaire.
- Déficit connu et non substitué en vitamine B12
- Anomalies neurologiques d'apparition récente et non expliquées

### 4.4. Mises en garde spéciales et précautions d'emploi

#### Mises en garde spéciales

Des cas de diminution de la fertilité ont été rapportés chez le personnel médical ou paramédical lors d'expositions répétées et dans des locaux mal ventilés (cf "données de sécurité préclinique") : les locaux où une utilisation fréquente est effectuée doivent donc disposer d'une aération correcte ou d'un système de ventilation permettant de maintenir la concentration de protoxyde d'azote dans l'air ambiant à un niveau minimum.

Le mélange doit être stocké et administré à une température supérieure à 0°C; à une température inférieure, il peut apparaître une séparation des deux gaz exposant au risque d'hypoxie.

#### Précautions d'emploi

Eviter l'hyperventilation car elle peut entraîner des mouvements anormaux.

L'auto administration doit être privilégiée.

Chez les patients prenant des médicaments dépresseurs du système nerveux central, principalement les morphiniques et les benzodiazépines, le risque de somnolence, de désaturation, de vomissements et de chute tensionnelle est accru nécessitant une surveillance renforcée.

Après l'arrêt de l'administration du mélange, et surtout si l'administration a été prolongée, les patients ambulatoires qui doivent conduire ou utiliser des machines devront être gardés sous surveillance jusqu'à la disparition des effets indésirables éventuellement survenus, et le retour à l'état de vigilance antérieur à l'administration.

Le taux de succès chez les enfants de moins de 3 ans est plus faible car la concentration alvéolaire minimum efficace est supérieure à celle des enfants plus grands.

En cas d'administration répétée et prolongée, il est recommandé de supplémenter le patient en vitamine B12.

Une administration prolongée et/ou répétée peut entraîner la survenue d'abus ou de dépendance.

## 4.5. Interactions avec d'autres médicaments et autres formes d'interactions

### Association contre-indiquée

Gaz ophtalmiques (SF<sub>6</sub>, C<sub>3</sub>F<sub>8</sub>, C<sub>2</sub>F<sub>6</sub>) : une interaction entre le protoxyde d'azote et le gaz ophtalmique incomplètement résorbé peut-être à l'origine de complications post-opératoires graves liées à la grande diffusion du protoxyde d'azote. Les bulles de gaz ophtalmique incomplètement résorbées se trouvent alors regonflées entraînant une augmentation de la pression intraoculaire aux effets délétères.

### Association à prendre en compte

Il existe un risque de potentialisation en cas d'association avec des médicaments à action centrale (opiacés, benzodiazépines et autres psychotropes).

## 4.6. Grossesse et allaitement

Compte tenu des données disponibles l'utilisation du protoxyde d'azote est possible au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme

## 4.7. Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules et à utiliser des machines

Après l'arrêt de l'administration du mélange, et surtout si l'administration a été prolongée, les patients ambulatoires qui doivent conduire ou utiliser des machines devront être gardés sous surveillance jusqu'au retour à l'état de vigilance antérieur à l'administration, en s'assurant de la disparition des effets indésirables éventuellement survenus.

## 4.8. Effets indésirables

Les effets indésirables suivants peuvent survenir au cours du traitement et disparaissent généralement dans les minutes qui suivent l'arrêt de l'inhalation du mélange.

### Affections du système nerveux

Paresthésies,

Approfondissement de la sédation,

Modification des perceptions sensorielles.

Des mouvements anormaux ont pu être observés survenus le plus souvent dans un contexte d'hyperventilation.

### Affections de l'oreille et du labyrinthe

Sensations vertigineuses

### Affections de l'appareil digestif

Nausées,

Vomissements

### Affections psychiatriques

Agitation,

Angoisse,

Euphorie,

Rêves

En cas d'exposition prolongées ou répétées :

- des troubles neurologiques à type de myélonéuropathies
- des anémies mégalo-blastiques avec leucopénies ont été signalées en raison de l'inhibition de la méthionine synthétase intervenant dans la synthèse de la vitamine B12.
- des cas d'abus et de dépendance

## 4.9. Surdosage

Un surdosage peut survenir en cas de stockage inapproprié à une température inférieure à 0°C : les deux gaz peuvent alors se dissocier, exposant le patient au risque de surdosage en protoxyde d'azote, et donc d'hypoxie.

**Dans ces circonstances, si une cyanose apparaît lors de l'administration, il est impératif d'arrêter immédiatement le traitement, et si très rapidement la cyanose ne régresse pas, de ventiler le patient avec un ballon manuel rempli d'air ambiant.**

## 5. PROPRIETES PHARMACOLOGIQUES

### 5.1. Propriétés pharmacodynamiques

#### ANESTHESIQUES GENERAUX

**Code ATC: N01AX13**

Le protoxyde d'azote à une concentration de 50% dans la fraction inspirée possède un effet analgésique, avec diminution du seuil de perception de différents stimuli douloureux.

L'intensité de l'effet analgésique varie en fonction de l'état psychique des sujets.

**A cette concentration, le protoxyde d'azote ne possède pas d'effet anesthésique. Il entraîne un état de sédation consciente : le patient est relaxé, détendu avec une attitude détachée de l'environnement.**

### 5.2. Propriétés pharmacocinétiques

L'absorption comme l'élimination du protoxyde d'azote par voie pulmonaire est très rapide, en raison de sa faible solubilité dans le sang et les tissus. Cette propriété explique la rapidité de son effet antalgique et la rapidité du retour à l'état initial à l'arrêt de l'inhalation.

Son élimination se fait sous forme inchangée, par voie pulmonaire.

La très forte diffusibilité du protoxyde d'azote dans les espaces aériens explique certaines de ses contre-indications (voir rubrique 4.3.).

### 5.3. Données de sécurité préclinique

Ces données sont issues de la littérature car le mélange équimolaire de protoxyde d'azote et d'oxygène est largement utilisé chez l'homme depuis 1964. La toxicité hématologique n'apparaît pas dans les conditions cliniques normales d'utilisation. En effet, il faut plus de 6 heures d'inhalation continue et plus de 9 heures d'administration discontinue pour provoquer une mégaloblastose médullaire sans traduction sanguine, ni clinique, et réversible à l'arrêt du traitement. La toxicité neurologique n'a été observée qu'en cas d'inhalation prolongée dans un contexte de toxicomanie.

Le protoxyde d'azote est tératogène chez le rat à fortes doses. Aucun effet n'est décrit chez le lapin et la souris.

Des études épidémiologiques ont montré une augmentation des avortements spontanés, des malformations fœtales et une diminution de la fertilité chez les personnels exposés à une inhalation chronique de faibles concentrations de protoxyde d'azote, mais aucune de ces études n'apporte de preuve formelle de ces effets en raison des difficultés méthodologiques rencontrées.

## 6. DONNEES PHARMACEUTIQUES

### 6.1. Liste des excipients

Sans objet.

### 6.2. Incompatibilités

Le mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène est un comburant, il permet puis accélère la combustion.

Le degré d'incompatibilité des matériaux avec le mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène dépend des conditions de pression de mise en œuvre du gaz. Néanmoins, les risques d'inflammation les plus importants en présence de ce mélange concernent les corps combustibles, notamment les corps gras (huiles, lubrifiants) et les corps organiques (tissus, bois, papiers, matières plastiques...) qui peuvent s'enflammer au

contact de ce mélange soit spontanément soit sous l'effet d'une étincelle, d'une flamme ou d'un point d'ignition, soit sous l'effet de la compression adiabatique.

### 6.3. Durée de conservation

3 ans, à une température comprise entre 0 et 50°C, à l'abri du gel.

### 6.4. Précautions particulières de conservation

#### Stockage des bouteilles

**Craint le gel.** Le mélange est instable en-dessous de -5°C; l'apport de frigories peut entraîner la liquéfaction d'une partie du protoxyde d'azote donnant lieu à l'inhalation de mélanges inégaux, comportant trop d'oxygène en début d'administration (mélange peu analgésique) et trop de protoxyde d'azote à la fin (mélange hypoxique).

**Ne pas exposer les bouteilles à une température inférieure à 0°C**

**Respecter la position des bouteilles :**

- **EN POSITION HORIZONTALE pour le stockage des bouteilles pleines avant leur utilisation, durant 48 h au moins à des températures comprises entre 10 et 30°C, dans une zone tampon à l'intérieur de la pharmacie et/ou dans le service utilisateur**
- **EN POSITION VERTICALE avec arrimage systématique pour toutes les autres situations** (stockage des bouteilles pleines dans le local de stockage des bouteilles de gaz, utilisation des bouteilles pleines, transport des bouteilles pleines dans les établissements de santé et dans les véhicules, stockage des bouteilles vides)

#### Stockage des bouteilles pleines dans le local de stockage des bouteilles de gaz

Les bouteilles **pleines** doivent être stockées **EN POSITION VERTICALE** dans un local aéré ou ventilé, protégé des intempéries, propre, sans matières inflammables, réservé au stockage des gaz à usage médical et fermant à clef.

Les bouteilles vides et les bouteilles pleines doivent être stockées séparément.

Les bouteilles pleines doivent être protégées des risques de chocs et de chute, des sources de chaleur ou d'ignition, des matières combustibles, des intempéries notamment **du froid**.

A la livraison par le fabricant, la bouteille doit être munie de son système de garantie d'inviolabilité intact.

#### Stockage des bouteilles pleines durant les 48 heures précédant l'utilisation

Les bouteilles **pleines** doivent être stockées **EN POSITION HORIZONTALE durant 48 heures au moins avant leur utilisation, à des températures comprises entre 10 et 30°C, dans une zone tampon à l'intérieur de la pharmacie et/ou dans le service utilisateur.**

La bouteille doit être installée dans un emplacement permettant de la protéger des risques de chocs, des sources de chaleur ou d'ignition, des matières combustibles.

Elle doit être maintenue solidement arrimée, robinets fermés.

#### Transport des bouteilles pleines

Dans les établissements de santé, les bouteilles **pleines** doivent être transportées **EN POSITION VERTICALE et être arrimées solidement** à l'aide de matériel approprié (type chariot muni de chaînes, de barrières ou d'anneaux) pour les protéger des risques de chocs et de chute.

Dans les véhicules, les bouteilles **pleines** doivent être transportées **EN POSITION VERTICALE et être arrimées solidement. L'attention des services de secours est attirée sur la nécessité de protéger les bouteilles du froid, dans les véhicules, et lors d'une utilisation à l'extérieur.**

Une attention toute particulière doit être également portée à la fixation du manodétendeur afin d'éviter les risques de ruptures accidentelles.

#### Stockage des bouteilles vides

Les bouteilles **vides** doivent être maintenues **EN POSITION VERTICALE**, solidement arrimées.

Les robinets doivent être fermés.

## 6.5. Nature et contenu de l'emballage extérieur

Les bouteilles ont une contenance de 2 l, de 5 l, de 15 l et de 20 l.

Les bouteilles sont en acier ou en aluminium, munies d'un robinet en laiton à pression résiduelle avec raccord de sortie normalisé ou d'un robinet en laiton avec manodétendeur et prise normalisée.

Couleur normalisée : corps peint en blanc, ogive peinte en blanc avec des bandes horizontales et verticales bleues.

## 6.6. Précautions particulières d'élimination et de manipulation

Les bouteilles de mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène médicinal sont réservées exclusivement à l'usage médical.

**La FiO<sub>2</sub> ne doit jamais être inférieure à 21%.**

### Pour éviter tout incident, respecter impérativement les consignes suivantes:

- le personnel utilisateur doit être formé à la manipulation des gaz,
- **ne pas utiliser toute bouteille suspectée d'avoir été exposée à une température négative,**
- pour les bouteilles munies d'un robinet :
  - s'assurer de la conformité et de la compatibilité du dispositif de détente avec ce mélange de gaz; vérifier notamment le bon état du joint du manodétendeur-débitmètre,
  - utiliser un manodétendeur-débitmètre spécifique du mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène médicinal conditionné à 170 bar (manodétendeur-débitmètre à double détente et muni d'un raccord spécifique de type L conformément à la norme NF E 29-650),
  - utiliser un manodétendeur avec débitmètre pouvant admettre une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service de la bouteille,
- pour les bouteilles munies d'un manodétendeur : pour des raisons de sécurité, ces bouteilles ne peuvent être utilisées qu'avec :
  - un tuyau serti à un raccord spécifique dont la commande de verrouillage est bleue et blanche, et relié à une valve à la demande,
  - ou un débitlitre muni d'un raccord spécifique dont la commande de verrouillage est bleue et blanche.

Le raccord spécifique est celui du mélange protoxyde d'azote-oxygène médicinal conforme à la norme NF S 90-116.

Après branchement, suivre les instructions figurant sur l'étiquetage du chapeau de la bouteille.

- ne pas utiliser de raccord intermédiaire qui permettrait de raccorder deux dispositifs qui ne s'emboîtent pas,
- ne pas manipuler une bouteille dont le robinet n'est pas protégé par un chapeau,
- manipuler les dispositifs de raccordement avec des mains propres et exemptes de graisse, lors de leur branchement (sans gants et sans pince),
- arrimer les bouteilles avec un moyen approprié (chaînes, crochets,...) afin de les maintenir **EN POSITION VERTICALE** et d'éviter toute chute intempestive,
- ne jamais forcer une bouteille dans un support où elle entre difficilement,
- ne pas soulever la bouteille par son robinet,
- purger brièvement le raccord de sortie de la bouteille avant le branchement du manodétendeur pour éliminer les poussières éventuelles. Maintenir propres les interfaces entre la bouteille et le manodétendeur.
- toujours ouvrir progressivement et légèrement le robinet afin d'éviter le refroidissement source de dé-mélange,
- ne jamais forcer le robinet pour l'ouvrir, ni l'ouvrir en butée,
- ne jamais procéder à plusieurs mises en pression successives du manodétendeur,
- ne jamais se placer face à la sortie du robinet, mais toujours du côté opposé au manodétendeur, derrière la bouteille et en retrait. Ne jamais exposer le patient au flux gazeux.

ne pas fumer

ne pas approcher une flamme

ne pas graisser

notamment :

- a) ne jamais introduire ce gaz dans un appareil pouvant être suspecté de contenir des corps combustibles, et spécialement des corps gras,

b) ne jamais nettoyer avec des produits combustibles, et spécialement des corps gras, les appareils contenant ce gaz, les robinets, les joints, les garnitures, les dispositifs de fermeture et les soupapes,

- ne pas enduire de corps gras (vaseline, pommades, ...) le visage des patients,
- ne pas utiliser de générateur d'aérosol (laque, désodorisant,...), de solvant (alcool, essence,...) sur le matériel ni à sa proximité,
- fermer le robinet de la bouteille après usage, laisser chuter la pression du manodétendeur en laissant ouvert le débitmètre, fermer le débitmètre et desserrer ensuite la vis de réglage du manodétendeur,
- ne jamais vider complètement une bouteille, laisser une pression minimale de 10 bars,

**ne pas tenter de réparer un robinet défectueux**

**ne pas serrer à la pince le manodétendeur-débitmètre sous peine de risque de détérioration du joint**

- ne pas transvaser de gaz sous pression d'une bouteille à l'autre,
- en cas de fuite, fermer le robinet présentant un défaut d'étanchéité. Ventiler fortement le local et l'évacuer. Ne jamais utiliser une bouteille présentant un défaut d'étanchéité,
- en cas de givre au niveau de la bouteille, ne pas utiliser la bouteille et la rendre à la pharmacie. En cas de givre au niveau du manodétendeur, vérifier si le système débite toujours (ballon gonflé), compte tenu du risque de blocage du manodétendeur,
- effectuer une ventilation du lieu d'utilisation (local, véhicule,...) en cas d'utilisation prolongée et s'assurer de la possibilité d'évacuer les gaz en cas d'accident ou de fuite intempestive. En cas d'incendie, le risque de toxicité est accru du fait de la formation de vapeurs nitreuses,
- conserver les bouteilles vides EN POSITION VERTICALE robinet fermé (pour éviter toute corrosion en présence d'humidité).

## **7. TITULAIRE DE L'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

## **8. NUMERO(S) D'AUTORISATION DE MISE SUR LE MARCHÉ**

## **9. DATE DE PREMIERE AUTORISATION/DE RENOUELEMENT DE L'AUTORISATION**

[à compléter par le titulaire]

## **10. DATE DE MISE A JOUR DU TEXTE**

[à compléter par le titulaire]

## **11. DOSIMETRIE**

Sans objet.

## **12. INSTRUCTIONS POUR LA PREPARATION DES RADIOPHARMACEUTIQUES**

Sans objet.

---

## **CONDITIONS DE PRESCRIPTION ET DE DELIVRANCE**

Liste I

Médicament réservé à l'usage professionnel

## NOTICE : INFORMATION DE L'UTILISATEUR

### *Dénomination du médicament*

**<nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille**  
**Protoxyde d'azote, oxygène**

### *Encadré*

**Veillez lire attentivement l'intégralité de cette notice avant d'utiliser ce médicament.**

- Gardez cette notice, vous pourriez avoir besoin de la lire à nouveau.
- Si vous avez d'autres questions, adressez-vous à votre médecin ou votre pharmacien.

Ce médicament vous a été personnellement prescrit. Ne le donnez à personne d'autre. Vous risqueriez de lui causer du tort, même si elle présente les mêmes symptômes que vous.

### *Sommaire notice*

#### **Dans cette notice :**

1. Qu'est-ce que <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille et dans quel cas est-il utilisé ?
2. Quelles sont les informations à connaître avant d'utiliser <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?
3. Comment utiliser <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?
4. Quels sont les effets indésirables éventuels ?
5. Comment conserver <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?
6. Informations supplémentaires.

#### **1. QU'EST-CE QUE <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ET DANS QUELS CAS EST-IL UTILISÉ ?**

### *Classe pharmacothérapeutique*

**Anesthésiques généraux**

**Code ATC N01AX13**

<nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille est un gaz composé à part égale de protoxyde d'azote et d'oxygène. Il appartient à la classe des anesthésiques généraux. Il diminue votre sensibilité à la douleur et vous permet d'être plus détendu pendant certains actes de soins.

### *Indications thérapeutiques*

- Analgésie lors de l'aide médicale d'urgence: traumatologie, brûlés, transport de patients douloureux.
- Analgésie des actes douloureux de courte durée chez l'adulte et l'enfant, notamment ponction lombaire, myélogramme, petite chirurgie superficielle, pansements de brûlés, réduction de fractures simples, réduction de certaines luxations simples et ponction veineuse.
- Soins dentaires chez les enfants, les patients anxieux ou handicapés.
- En obstétrique, en milieu hospitalier exclusivement, dans l'attente d'une analgésie péridurale, ou en cas de refus ou d'impossibilité de la réaliser.

#### **2. QUELLES SONT LES INFORMATIONS A CONNAITRE AVANT D'UTILISER <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?**

### *Liste des informations nécessaires avant la prise du médicament*

Sans objet.



## *Contre-indications*

**<nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille NE DOIT PAS ETRE UTILISE dans les cas suivants :**

- Si vous avez reçu un gaz ophtalmique (SF6, C2F6, C3F8) utilisé dans la chirurgie oculaire. Prévenez toujours votre médecin afin qu'il s'assure que l'administration ne vous expose pas à des complications post-opératoires graves qui peuvent survenir en rapport avec l'augmentation de la pression intraoculaire.
- Si votre état nécessite une ventilation en oxygène pur,
- Si vous présentez une des pathologies suivantes :
  - Hypertension intracrânienne,
  - Traumatisme crânien,
  - Pneumothorax (accumulation d'air entre le poumon et la paroi thoracique),
  - Bulles d'emphysème (maladie des alvéoles pulmonaires),
  - Embolie gazeuse (formation de bulles d'airs dans les vaisseaux sanguins de l'organisme, survenant par exemple après un accident de plongée)
  - Déficit connu et non substitué en vitamine B12,
  - Anomalies neurologiques d'apparition récente et non expliquées.

## *Précautions d'emploi ; mises en garde spéciales*

**Prendre des précautions particulières avec <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille :**

### **Mises en garde spéciales**

L'administration doit être faite par un personnel formé. Vous ne devez JAMAIS manipuler la bouteille de <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille.

Les locaux où une utilisation fréquente est effectuée doivent disposer d'une aération correcte ou d'un système de ventilation permettant de maintenir la concentration de protoxyde d'azote dans l'air ambiant à un niveau minimum.

Le mélange doit être stocké et administré à une température supérieure à 0°C; à une température inférieure, il peut apparaître une séparation des deux gaz exposant au risque d'hypoxie (manque d'oxygène).

### **Précautions d'emploi**

Eviter de respirer rapidement pendant l'inhalation.

Eviter l'hyperventilation car elle peut entraîner des mouvements anormaux.

Le taux de succès chez les enfants de moins de 3 ans est plus faible.

En cas d'administration répétée et prolongée, il est recommandé de compléter les apports en vitamine B12.

## *Interactions avec d'autres médicaments*

### **Prise ou utilisation d'autres médicaments :**

Si vous avez reçu un gaz ophtalmique (SF6, C2F6, C3F8) utilisé dans la chirurgie oculaire prévenez toujours votre médecin afin qu'il s'assure que l'administration ne vous expose pas à des complications post-opératoires graves qui peuvent survenir en rapport avec l'augmentation de la pression intraoculaire.

L'association avec des médicaments à action centrale (morphiniques, benzodiazépines et autres psychotropes) augmente le risque de somnolence, de désaturation, de vomissements et de chute tensionnelle, ce qui nécessite une surveillance renforcée.

Veuillez indiquer à votre médecin si vous prenez ou avez pris récemment un autre médicament, même s'il s'agit d'un médicament obtenu sans ordonnance.

Le mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène est un comburant, il permet puis accélère la combustion. C'est pourquoi, il ne faut pas utiliser à proximité ou mettre la bouteille de <nom de la spécialité> gaz pour inhalation en bouteille, au contact de corps combustibles, notamment les corps gras (huiles, lubrifiants) et les corps organiques (tissus, bois, papiers, matières plastiques, bombes pressurisées...) qui peuvent s'enflammer au contact de ce mélange. Lors de l'administration, il ne faudra pas avoir mis de corps gras (crèmes, pommades, etc.) sur le visage.

#### *Interactions avec les aliments et les boissons*

Sans objet.

#### *Interactions avec les produits de phytothérapie ou thérapies alternatives*

Sans objet.

#### *Utilisation pendant la grossesse et l'allaitement*

##### **Grossesse**

L'utilisation du protoxyde d'azote est possible au cours de la grossesse quel qu'en soit le terme.

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

##### **Allaitement**

Demandez conseil à votre médecin ou à votre pharmacien avant de prendre tout médicament.

#### *Sportifs*

Sans objet.

#### *Effets sur l'aptitude à conduire des véhicules ou à utiliser des machines*

##### **Conduite de véhicules et utilisation de machines :**

Après l'arrêt de l'administration du mélange, et surtout si l'administration a été prolongée, les patients ambulatoires qui doivent conduire ou utiliser des machines devront être gardés sous surveillance jusqu'à la disparition des effets indésirables éventuellement survenus, et le retour à l'état de vigilance antérieur à l'administration.

#### *Liste des excipients à effet notoire*

Sans objet.

### **3. COMMENT UTILISER <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?**

#### *Instructions pour un bon usage*

Sans objet.

#### *Posologie, Mode et/ou voie(s) d'administration, Fréquence d'administration et Durée du traitement*

##### **Posologie**

Seuls les professionnels de santé sont habilités à administrer <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille. Ils vous expliqueront comment se passe l'inhalation et assureront votre surveillance pendant toute sa durée. Une personne de l'entourage peut aussi être présente.

L'administration du mélange doit être immédiatement interrompue en cas de perte du contact verbal.

L'efficacité antalgique du mélange se manifeste pleinement après au moins 3 minutes d'inhalation.

##### **Mode et/ou voie(s) d'administration**

L'administration doit être faite dans des locaux propres et suffisamment aérés.

Le mélange est administré en inhalation au moyen d'un masque facial adapté et d'un dispositif adapté.

A la fin des soins, le masque est ôté et vous devez rester au repos jusqu'à ce vous ne ressentiez plus aucun effet.

##### **Durée du traitement**

La durée de l'inhalation du mélange est liée à la durée de l'acte concerné et ne doit pas dépasser 60 minutes en continu. En cas de répétition, elle ne doit pas dépasser 15 jours.

### *Symptômes et instructions en cas de surdosage*

**Si vous avez utilisé plus de <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille que vous n'auriez dû :**

Un surdosage peut survenir en cas de stockage inapproprié à une température inférieure à 0°C :

les deux gaz peuvent alors se dissocier, exposant le patient au risque de surdosage en protoxyde d'azote, et donc d'hypoxie.

Si une cyanose apparaît lors de l'administration, il est impératif d'arrêter immédiatement le traitement, et si très rapidement la cyanose ne régresse pas, de ventiler le patient avec un ballon manuel rempli d'air ambiant.

### *Instructions en cas d'omission d'une ou de plusieurs doses*

Sans objet.

### *Risque de syndrome de sevrage*

**Si vous arrêtez d'utiliser <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille :**

A l'arrêt de l'inhalation, le retour à l'état initial est quasi immédiat sans effet rémanent.

## **4. QUELS SONT LES EFFETS INDESIRABLES EVENTUELS ?**

### *Description des effets indésirables*

Comme tous les médicaments, <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille est susceptible d'avoir des effets indésirables, bien que tout le monde n'y soit pas sujet.

Les effets indésirables suivants peuvent survenir au cours du traitement et disparaissent généralement dans les minutes qui suivent l'arrêt de l'inhalation du mélange :

paresthésies (fourmillements), approfondissement de la sédation (sommolence), modification de l'humeur ou des perceptions sensorielles (auditives, visuelles), mouvements anormaux survenus le plus souvent dans un contexte d'hyperventilation, sensations vertigineuses, nausées, vomissements, angoisse, agitation, rêves.

En cas d'exposition prolongée ou répétée :

- des troubles neurologiques à type de myélonéuropathies
- des anémies mégalo-blastiques avec leucopénies ont été signalées en raison de l'inhibition de la méthionine synthétase intervenant dans la synthèse de la vitamine B12.

Si vous remarquez des effets indésirables non mentionnés dans cette notice, ou si certains effets indésirables deviennent graves, veuillez en informer votre médecin ou votre pharmacien.

## **5. COMMENT CONSERVER <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?**

Tenir hors de la portée et de la vue des enfants.

### *Date de péremption*

Ne pas utiliser après la date de péremption figurant sur l'étiquette.

### *Conditions de conservation*

Conserver à l'abri des chocs, des chutes, des sources de chaleur ou d'ignition, des matières combustibles, des intempéries notamment **du froid**.

Stocker les bouteilles pleines **EN POSITION HORIZONTALE et à des températures comprises entre 10 et 30°C** durant 48 heures au moins avant leur utilisation, robinets fermés.

Ne laisser ni à la portée ni à la vue des enfants.

### *Si nécessaire, mises en garde contre certains signes visibles de détérioration*

Sans objet.

## 6. INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

### Liste complète des substances actives et des excipients

Que contient <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille ?

#### La substance active est :

Protoxyde d'azote .....50 % (mole/mole)  
Oxygène .....50 % (mole/mole)

#### Les autres composants sont :

Sans objet.

### Forme pharmaceutique et contenu

Qu'est ce que <nom de la spécialité>, gaz pour inhalation, en bouteille et contenu de l'emballage extérieur ?

Gaz pour inhalation

*.Nom et adresse du titulaire de l'autorisation de mise sur le marché et du titulaire de l'autorisation de fabrication responsable de la libération des lots, si différent*

*Noms du médicament dans les Etats membres de l'Espace Economique Européen*

Sans objet.

### Date d'approbation de la notice

La dernière date à laquelle cette notice a été approuvée est le {date}.

### AMM sous circonstances exceptionnelles

Sans objet.

### Informations Internet

Des informations détaillées sur ce médicament sont disponibles sur le site Internet de l'Afssaps (France).

### Informations réservées aux professionnels de santé

**Les informations suivantes sont destinées exclusivement aux professionnels de santé:**

Les bouteilles de mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène médicinal sont réservées exclusivement à l'usage médical.

**La FiO<sub>2</sub> ne doit jamais être inférieure à 21%.**

### Instructions pour l'utilisation et la manipulation

*Pour éviter tout incident, respecter impérativement les consignes suivantes:*

- le personnel utilisateur doit être formé à la manipulation des gaz,
- ne pas utiliser toute bouteille suspectée d'avoir été exposée à une température négative,
- pour les bouteilles munies d'un robinet :
  - s'assurer de la conformité et de la compatibilité du dispositif de détente avec ce mélange de gaz; vérifier notamment le bon état du joint du manodétendeur-débitmètre,
  - utiliser un manodétendeur-débitmètre spécifique du mélange équimoléculaire protoxyde d'azote-oxygène médicinal conditionné à 170 bar (manodétendeur-débitmètre à double détente et muni d'un raccord spécifique de type L conformément à la norme NF E 29-650),
  - utiliser un manodétendeur avec débitmètre pouvant admettre une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service de la bouteille,
- **pour les bouteilles munies d'un manodétendeur : pour des raisons de sécurité, ces bouteilles ne peuvent être utilisées qu'avec :**

- un tuyau serti à un raccord spécifique dont la commande de verrouillage est bleue et blanche, et relié à une valve à la demande,
- ou un débitlitre muni d'un raccord spécifique dont la commande de verrouillage est bleue et blanche.

**Le raccord spécifique est celui du mélange protoxyde d'azote-oxygène médicinal conforme à la norme NF S 90-116.**

**Après branchement, suivre les instructions figurant sur l'étiquetage du chapeau de la bouteille.**

- ne pas utiliser de raccord intermédiaire qui permettrait de raccorder deux dispositifs qui ne s'emboîtent pas,
- ne pas manipuler une bouteille dont le robinet n'est pas protégé par un chapeau,
- manipuler les dispositifs de raccordement avec des mains propres et exemptes de graisse, lors de leur branchement (sans gants et sans pince),
- arrimer les bouteilles avec un moyen approprié (chaînes, crochets,...) afin de les maintenir **EN POSITION VERTICALE** et d'éviter toute chute intempestive,
- ne jamais forcer une bouteille dans un support où elle entre difficilement,
- ne pas soulever la bouteille par son robinet,
- purger brièvement le raccord de sortie de la bouteille avant le branchement du manodétendeur pour éliminer les poussières éventuelles. Maintenir propres les interfaces entre la bouteille et le manodétendeur.
- toujours ouvrir progressivement et légèrement le robinet afin d'éviter le refroidissement source de dé-mélange,
- ne jamais forcer le robinet pour l'ouvrir, ni l'ouvrir en butée,
- ne jamais procéder à plusieurs mises en pression successives du manodétendeur,
- ne jamais se placer face à la sortie du robinet, mais toujours du côté opposé au manodétendeur, derrière la bouteille et en retrait. Ne jamais exposer le patient au flux gazeux.

ne pas fumer

ne pas approcher une flamme

ne pas graisser

notamment :

- a) ne jamais introduire ce gaz dans un appareil pouvant être suspecté de contenir des corps combustibles, et spécialement des corps gras,
- b) ne jamais nettoyer avec des produits combustibles, et spécialement des corps gras, les appareils contenant ce gaz, les robinets, les joints, les garnitures, les dispositifs de fermeture et les soupapes,
  - ne pas enduire de corps gras (vaseline, pommades, ...) le visage des patients,
  - ne pas utiliser de générateur d'aérosol (laque, désodorisant,...), de solvant (alcool, essence,...) sur le matériel ni à sa proximité,
  - fermer le robinet de la bouteille après usage, laisser chuter la pression du manodétendeur en laissant ouvert le débitmètre, fermer le débitmètre et desserrer ensuite la vis de réglage du manodétendeur,
  - ne jamais vider complètement une bouteille, laisser une pression minimale de 10 bars,

ne pas tenter de réparer un robinet défectueux

ne pas serrer à la pince le manodétendeur-débitmètre sous peine de risque de détérioration du joint

- ne pas transvaser de gaz sous pression d'une bouteille à l'autre,
- en cas de fuite, fermer le robinet présentant un défaut d'étanchéité. Ventiler fortement le local et l'évacuer. Ne jamais utiliser une bouteille présentant un défaut d'étanchéité,
- en cas de givre au niveau de la bouteille, ne pas utiliser la bouteille et la rendre à la pharmacie. En cas de givre au niveau du manodétendeur, vérifier si le système débite toujours (ballon gonflé), compte tenu du risque de blocage du manodétendeur,
- effectuer une ventilation du lieu d'utilisation (local, véhicule,...) en cas d'utilisation prolongée et s'assurer de la possibilité d'évacuer les gaz en cas d'accident ou de fuite intempestive. En cas d'incendie, le risque de toxicité est accru du fait de la formation de vapeurs nitreuses,
- conserver les bouteilles vides **EN POSITION VERTICALE** robinet fermé (pour éviter toute corrosion en présence d'humidité).

Autres

Sans objet.