

Recommandations en soins infirmiers - Mesures d'asepsie pour une séance d'hémodialyse sur Kt central

Branchement

- a. 2 personnes sont indispensables (1 opérateur + 1 aide) pour effectuer le branchement.
- b. Il est recommandé de fermer portes et fenêtres. Limiter le passage.
- c. Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant.
- d. Le lavage des mains est recommandé chez l'enfant compte tenu des micro-organismes dont il est le porteur potentiel.
- e. La position décubitus dorsale est la position à privilégier pour la sécurité du patient (embolie gazeuse)
- f. Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte et lunettes pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- g. Un habillement non stérile avec port de masque, charlotte, lunettes et gants est recommandé pour l'aide .
- h. Un lavage antiseptique des mains (durée 1 minute) est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- i. Une répartition des gestes dans leur chronologie entre l'opérateur et l'aide est justifiée par souci d'asepsie.
- j. L'utilisation d'un antiseptique seul est recommandée pour la désinfection des extrémités distales du cathéter et celles des tubulures du générateur.
- k. Une protection stérile et sèche des extrémités distales du cathéter et les tubulures est justifiée pendant la séance.
- l. Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose d'un rouleau de sparadrap individualisé.

Débranchement

- a. 2 personnes sont indispensables (l'opérateur+ 1 aide) pour effectuer le débranchement.
- b. Il est nécessaire de fermer portes et fenêtres.
- c. Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant.
- d. La position décubitus dorsale est la position à privilégier pour la sécurité du patient.
- e. Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte et lunettes pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- f. Un habillement non stérile avec port de masque, charlotte, lunettes et gants est recommandé pour l'aide.
- g. Une répartition des gestes dans leur chronologie entre l'opérateur et l'aide est justifiée par souci aseptique.
- h. Un lavage antiseptique des mains (durée 1 minute) est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- i. L'utilisation d'un antiseptique seul est recommandée pour la désinfection des extrémités distales du cathéter et celles des tubulures du générateur.
- j. Une protection stérile et sèche des extrémités distales du cathéter est justifiée après la séance.
- k. Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose d'un rouleau de sparadrap individualisé.

Réfection de pansement

- a) 2 personnes sont indispensables (1 opérateur + 1 aide) pour effectuer la réfection du pansement.
- b) Il est nécessaire de fermer portes et fenêtres.
- c) Il convient de mettre un masque et une charlotte à l'enfant .
- d) Le lavage des mains est recommandé chez l'enfant compte tenu des microorganismes dont il est le porteur potentiel.
- e) Blouse et gants stériles sont indispensables pour l'opérateur avec masque, charlotte pour assurer sa protection personnelle et celle du site.
- f) Un habillement non stérile avec port de masque charlotte et gants est recommandé pour l'aide.
- g) Un lavage antiseptique des mains(durée 1 minute) est justifié pour l'opérateur ainsi que pour l'aide.
- h) Il est intéressant d'évaluer l'état cutané pour le suivi du patient (échelle d'appréciation visuelle ou score)
- i) Il paraît raisonnable d'adopter le rythme d'une à deux fois/semaine pour le changement du pansement.
- j) Il est recommandé d'effectuer une désinfection de l'orifice du cathéter en 4 étapes: déterision, rinçage (eau stérile), séchage et application d'un antiseptique.
- k) Une protection stérile et sèche de l'orifice est nécessaire.
- l) Il est hautement souhaitable que chaque enfant dispose d'un rouleau de sparadrap individualisé .