

RECOMMANDATIONS APNP

Mesures d'asepsie pour Débranchement de Fistule Artério-Veineuse

1. Compte tenu du risque de projection de sang, il est indispensable de mettre un masque, une surblouse et des lunettes.
2. Il est indispensable pour le ou les soignants de se laver les mains (ou de procéder à une friction avec une solution hydro-alcoolique)
3. Il est possible de placer un nouveau champ stérile sous le bras de l'enfant et d'y déposer les compresses stériles, les instruments stériles éventuels (selon composition des sets du commerce ou de l'établissement) et des compresses hémostatiques si besoin.
4. Il est vivement recommandé d'utiliser le « système clos » pour la Circulation Extra Corporelle (●)
 - a. Il est nécessaire d'effectuer un lavage simple des mains (ou une friction hydro-alcoolique), de mettre des gants non stériles
 - b. Il est alors possible de prélever les échantillons sanguins sur le site de prélèvement artériel.
5. S'il n'est pas possible d'utiliser le système clos pour la Circulation Extra Corporelle (●):
 - a. Il est nécessaire d'effectuer un lavage simple des mains (ou une friction hydro-alcoolique), de mettre des gants stériles.
 - b. Il est alors possible de prélever les échantillons sanguins sur l'aiguille artérielle après avoir ouvert le circuit.
6. Procéder alors au rinçage du circuit jusqu'au degré de restitution désiré et au démontage du circuit.
7. Dans le cas où un seul opérateur effectue le débranchement, il paraît indispensable, après nouvelle friction hydro-alcoolique, qu'il change de gants si possible stériles, avant de procéder à l'ablation des aiguilles et à la compression des points de ponction.
8. Si l'enfant se comprime lui-même, alors il est souhaitable de lui proposer un gant non stérile (selon la taille).
9. Si un nettoyage du site de ponction est nécessaire, il est recommandé d'utiliser un produit antiseptique.
10. Il est nécessaire de protéger les points de ponction par un pansement stérile. Il est préférable d'utiliser des sparadraps stériles pour faire les pansements. Dans le cas contraire, il est hautement souhaitable que chaque patient dispose d'un rouleau individualisé.
11. Il est souhaitable que l'enfant se lave les mains en quittant le poste de dialyse.

Liste du matériel à préparer :

- Lunettes (2), surblouses (2), masques (2), gants stériles et non stériles.
- Champ stérile, compresses stériles, produit d'antisepsie cutanée *
- Sparadraps stériles ou individuels*
- Nécessaire à prélèvements sanguins si besoin

* selon l'utilisation et la composition d'un set industriel ou institutionnel.

● : le système clos est un ensemble de tubulures permettant l'injection de produits ou le prélèvement de sang sans ouvrir le circuit (références disponibles selon fabricants)